

Nº: 016/25

Emissão deste Certificado: **04.07.2025**Data da Análise: **04.07.2025**Data de Validade: **04.07.2026**

Material de Referência	Descrição	TAG
Neodímio	Cristal de Referência de Neodímio	CN01

**Rastreabilidade:**

INSTRUMENTO UTILIZADO	CÓDIGO	CERTIFICADO	VALIDADE
Espectropolarímetro	ESP-03	371/24	DEZ/2025

O material de referência foi verificado em seis replicatas através da análise de espectropolarimetria e calculou-se a média dos valores de acordo com os critérios de aceitação descritos logo a seguir.

Material de referência	Comprimento de onda obtido	Critério de aceitação
Neodímio	586,0 nm	586,0 nm ± 0,5 nm

**Danilo Melo**  
Assinado de forma digital por Danilo Melo  
Dados: 2025.07.04 15:32:00 -03'00'

**Aprovação****Nota:**

Os resultados deste certificado referem-se apenas para o padrão referenciado, nas condições especificadas, não sendo extensível a qualquer outro lote.